

Для выполнения калибровки\поверки\ремонта необходимо: Прибор ZORN ZFG 3.0\3000 и нагрузочное устройство весом 10\15 кг.

Нагрузочное устройство перед отправкой необходимо хорошо закрепить в транспортировочной упаковке, во избежание механических повреждений, при этом падающий груз должен быть закреплен в нижнем положении, и зафиксирован защелкой.

Рекомендуем Вам не выполнять очистку загрязненных устройств своими силами, так как возможно повредить электронную начинку прибора. Если оборудование сильно загрязнено, необходимо удалить основные загрязнения без применения моющих/чистящих средств и воды.

Перед проведением калибровки выполняется проверка всех частей оборудования, при выявлении неисправностей калибровка будет производиться после их устранения. Если в ходе проверки будут выявлены дефекты/поломки/отсутствие каких либо частей, то после согласования с заказчиком их возможно будет заменить/установить.

Отправка осуществляется Заказчиком за его счет, до терминала:

ТК Деловые Линии, Москва-ЮГ, ул. Дорожная д.29, на имя компании ООО "ЛДС".

Либо доставка оборудования осуществляется в режиме «До двери» по адресу: г. Москва мкр. Северное Чертаново, д. 6 корп. 607. По предварительной договоренности с менеджером.

Все работы выполняются после 100% предоплаты.

Срок выполнения работ по калибровке: 1 неделя после получения оборудования

Срок выполнения работ по калибровке и поверке: 1-2 недели после получения оборудования.

По окончании работ Заказчику выдаются следующие документы:

1. Документы бухгалтерской отчетности (счет, счет-фактура, акт)
2. Акт осмотра\проверки оборудования с указанием выявленных дефектов (при их наличии) и рекомендациями по их устранению.
3. Протокол калибровки установленного производителем образца.
4. Свидетельство о поверке* (если было заказано)